

عنوان آزمایش : Valporate Na  
عنوان دستگاه : GC  
سری ساخت : ۰۱  
عنوان کنترل : کنترل تجاری II  
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۰۴/۰۱

%CV	SD	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>3</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>3</sub>
۲.۷۴	۱.۹۶۵	۶۵.۸۱۸	۶۷.۷۸۳	۶۹.۷۴۸	۷۱.۷۱۳	۷۳.۶۷۸	۷۵.۶۴۳	۷۷.۶۰۸

مقدار	تاریخ
۷۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۲
۷۰.۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۷۲.۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۴
۷۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۵
۷۴.۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۶
۷۳.۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۷۰.۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۹

مقدار	تاریخ
۷۴.۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۷۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۲
۶۹.۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۴
۶۹.۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۵
۷۳.۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۶
۷۲.۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۷
۷۳.۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۸
۷۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۹
۷۵.۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۱

مقدار	تاریخ
۷۲.۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۱
۷۳.۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۲
۷۰.۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۳
۷۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۴
۷۱.۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۵
۷۰.۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۷
۷۰.۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۸
۶۹.۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۹
۷۴.۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۰

CV%: 2.911	SD: 2.104	Mean: 72.28
------------	-----------	-------------

