

عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۹/۰۴

عنوان آزمایش : Valporate Na
عنوان دستگاه : GC
سری ساخت : DC۸۲۲

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۸,۶۴۸	۱۰,۸۱۳	۹۲,۵۹۸	۱۰۳,۴۱۱	۱۱۴,۲۲۴	۱۲۵,۰۳۷	۱۳۵,۸۵	۱۴۶,۶۶۳	۱۵۷,۴۷۶

مقدار	تاریخ
۱۴۳,۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۱۳۳,۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۳

مقدار	تاریخ
۱۱۷,۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۷
۱۱۶,۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۱۳۰,۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۰

مقدار	تاریخ
۱۴۱,۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۱
۱۳۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۳
۱۳۷,۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۵

CV%: 7.72	SD: 10.201	Mean: 132.125
-----------	------------	---------------

