

عنوان آزمایش : Vitamin A  
عنوان دستگاه : HPLC  
سری ساخت :  
عنوان کنترل : پولد سرم  
شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۵/۰۱

%CV	SD	SD <sub>1</sub> -	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>2</sub>
۲۱.۴۹۶	۰.۰۶۴	۰.۱۰۶	۰.۱۷	۰.۲۳۴	۰.۲۹۸	۰.۳۶۲	۰.۴۲۶	۰.۴۹

مقدار	تاریخ
۰.۴	۱۴۰۰/۱۰/۲۰
۰.۲۵	۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۰.۲۵	۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۰.۴	۱۴۰۰/۱۰/۲۵

مقدار	تاریخ
۰.۲۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۰.۲۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۲
۰.۴	۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۰.۳۷	۱۴۰۰/۱۰/۱۴
۰.۳۷	۱۴۰۰/۱۰/۱۵
۰.۲۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۸
۰.۳	۱۴۰۰/۱۰/۱۹

مقدار	تاریخ
۰.۲۳	۱۴۰۰/۱۰/۰۲
۰.۲۴	۱۴۰۰/۱۰/۰۴
۰.۳۶	۱۴۰۰/۱۰/۰۵
۰.۲۵	۱۴۰۰/۱۰/۰۶
۰.۲	۱۴۰۰/۱۰/۰۷
۰.۴۵	۱۴۰۰/۱۰/۰۸
۰.۳۵	۱۴۰۰/۱۰/۰۹

CV%: 22.265	SD: 0.073	Mean: 0.326
-------------	-----------	-------------

