

عنوان آزمایش : Vitamin A
عنوان دستگاه : HPLC
سری ساخت : ۰
عنوان کنترل : پولد سرم
شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۵/۰۱

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۲۳.۵۸۶	۰.۰۶۶	۰.۰۸	۰.۱۴۶	۰.۲۱۲	۰.۲۷۸	۰.۳۴۴	۰.۴۱	۰.۴۷۶

مقدار	تاریخ
۰.۲۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۰.۲۷	۱۴۰۰/۰۲/۲۶
۰.۲۷	۱۴۰۰/۰۲/۲۷
۰.۲۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۸
۰.۲۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۹
۰.۲۶	۱۴۰۰/۰۲/۳۰

مقدار	تاریخ
۰.۲۶	۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۰.۲۴	۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۰.۳	۱۴۰۰/۰۲/۱۶
۰.۲۴	۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۰.۲	۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۰.۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۰.۲۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۱
۰.۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۲

مقدار	تاریخ
۰.۴	۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۰.۴۵	۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۰.۲۴	۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۰.۴	۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۰.۳۵	۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۰.۲۶	۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۰.۴	۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۰.۲۲	۱۴۰۰/۰۲/۱۱

CV%: 23.913	SD: 0.069	Mean: 0.288
-------------	-----------	-------------

