

عنوان آزمایش : Vitamin A

عنوان دستگاه : HPLC

سری ساخت : 0

عنوان کنترل :

شروع کنترل : 1399/05/01

پولد سرم

3SD	2SD	1SD	MEAN	-1SD	-2SD	-3SD	SD	CV%
0.458	0.398	0.338	0.278	0.218	0.158	0.098	0.06	21.55

تاریخ	مقدار
28/04/1400	0.2
29/04/1400	0.35
31/04/1400	0.27

تاریخ	مقدار
21/04/1400	0.4
22/04/1400	0.3
23/04/1400	0.27
24/04/1400	0.34
26/04/1400	0.25
27/04/1400	0.3

تاریخ	مقدار
05/04/1400	0.21
07/04/1400	0.24
10/04/1400	0.25
16/04/1400	0.3
17/04/1400	0.4
19/04/1400	0.35

Mean: 0.295	SD: 0.063	CV%: 21.179
-------------	-----------	-------------

