

عنوان آزمایش : Vitamin A  
عنوان دستگاه : HPLC  
سری ساخت :  
عنوان کنترل : پولد سرم  
شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۵/۰۱

%CV	SD	SD <sup>2</sup> -	SD <sup>2</sup> -	SD <sup>1</sup> -	MEAN	SD <sup>1</sup>	SD <sup>2</sup>	SD <sup>2</sup>
۲۳.۰۰۷	۰.۰۶۶	۰.۰۹	۰.۱۵۶	۰.۲۲۳	۰.۲۸۸	۰.۳۵۴	۰.۴۲	۰.۴۸۶

مقدار	تاریخ
۰.۳۵	۱۴۰۰/۰۶/۲۳
۰.۳۷	۱۴۰۰/۰۶/۲۴
۰.۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۰.۲	۱۴۰۰/۰۶/۲۹
۰.۳	۱۴۰۰/۰۶/۳۱

مقدار	تاریخ
۰.۳۶	۱۴۰۰/۰۶/۱۱
۰.۱۸	۱۴۰۰/۰۶/۱۳
۰.۴۳	۱۴۰۰/۰۶/۱۴
۰.۳۲	۱۴۰۰/۰۶/۱۶
۰.۳۵	۱۴۰۰/۰۶/۱۷
۰.۳	۱۴۰۰/۰۶/۲۰
۰.۴	۱۴۰۰/۰۶/۲۱

مقدار	تاریخ
۰.۴۷	۱۴۰۰/۰۶/۰۱
۰.۲	۱۴۰۰/۰۶/۰۲
۰.۴۵	۱۴۰۰/۰۶/۰۴
۰.۳۵	۱۴۰۰/۰۶/۰۶
۰.۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۰۷
۰.۲۸	۱۴۰۰/۰۶/۰۸
۰.۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۱۰

CV%: 24.858	SD: 0.081	Mean: 0.325
-------------	-----------	-------------

