

عنوان آزمایش : Vitamin A
عنوان دستگاه : HPLC
سری ساخت : ۰
عنوان کنترل : پولد سرم
شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۵/۰۱

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۲۲.۰۳۴	۰.۰۶۸	۰.۰۹	۰.۱۵۸	۰.۲۳۶	۰.۲۹۴	۰.۳۶۲	۰.۴۳	۰.۴۹۸

مقدار	تاریخ
۰.۲۵	۱۴۰۰/۰۸/۲۶
۰.۴	۱۴۰۰/۰۸/۲۷

مقدار	تاریخ
۰.۲۳	۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۰.۴۴	۱۴۰۰/۰۸/۱۸
۰.۴	۱۴۰۰/۰۸/۲۰
۰.۲۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۳
۰.۳	۱۴۰۰/۰۸/۲۵

مقدار	تاریخ
۰.۲۶	۱۴۰۰/۰۸/۰۴
۰.۲۹	۱۴۰۰/۰۸/۰۸
۰.۲۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۱
۰.۲	۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۰.۳	۱۴۰۰/۰۸/۱۶

CV%: 24.557	SD: 0.074	Mean: 0.302
-------------	-----------	-------------

