

عنوان آزمایش : Vitamin A
عنوان دستگاه : HPLC
سری ساخت : ۰
عنوان کنترل : پولد سرم
شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۵/۰۱

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۱۸.۸۸۱	۰.۰۷۳	۰.۱۶۷	۰.۲۴	۰.۳۱۳	۰.۳۸۶	۰.۴۵۹	۰.۵۳۲	۰.۶۰۵

مقدار	تاریخ	مقدار	تاریخ	مقدار	تاریخ
۰.۳۸	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۰.۳۴	۱۴۰۱/۰۱/۳۴	۰.۳	۱۴۰۱/۰۱/۱۷
		۰.۲۸	۱۴۰۱/۰۱/۳۹	۰.۲۷	۱۴۰۱/۰۱/۳۱
		۰.۲۵	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۰.۳	۱۴۰۱/۰۱/۲۳
CV%: 12.706		SD: 0.04		Mean: 0.317	

