

عنوان آزمایش : Vitamin A
عنوان دستگاه : HPLC
سری ساخت :
عنوان کنترل : پولد سرم
شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۵/۰۱

%CV	SD	SD ² -	SD ² -	SD ¹ -	MEAN	SD ¹	SD ²	SD ²
۷.۵۸۲	۰.۰۳۶	۰.۳۶۹	۰.۴۰۵	۰.۴۴۱	۰.۴۷۷	۰.۵۱۳	۰.۵۴۹	۰.۵۸۵

مقدار	تاریخ
۰.۴۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۴
۰.۴۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۵
۰.۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۶
۰.۵۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۷
۰.۴۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۰.۴۵	۱۴۰۱/۰۷/۳۰

مقدار	تاریخ
۰.۴۹	۱۴۰۱/۰۷/۱۴
۰.۴۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۶
۰.۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۷
۰.۴۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۸
۰.۵۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۹
۰.۵۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۰
۰.۵۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۱
۰.۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۳

مقدار	تاریخ
۰.۵۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۲
۰.۴۴	۱۴۰۱/۰۷/۰۴
۰.۴۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۰.۵۲	۱۴۰۱/۰۷/۰۷
۰.۵۲	۱۴۰۱/۰۷/۰۹
۰.۵۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۰
۰.۴۹	۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۰.۵۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۲

CV%: 8.588	SD: 0.043	Mean: 0.495
------------	-----------	-------------

