

عنوان آزمایش : Vitamin A
عنوان دستگاه : HPLC
سری ساخت :
عنوان کنترل : پولد سرم
شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۵/۰۱

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۷.۹۹۹	۰.۰۴۱	۰.۲۸۶	۰.۴۲۷	۰.۴۶۸	۰.۵۰۹	۰.۵۵	۰.۵۹۱	۰.۶۳۲

مقدار	تاریخ
۰.۴۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۰.۵۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۷
۰.۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۰.۵۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۹
۰.۵۲	۱۴۰۱/۰۹/۳۰

مقدار	تاریخ
۰.۵	۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۰.۵۵	۱۴۰۱/۰۹/۱۲
۰.۵	۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۰.۴۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۵
۰.۵۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۷
۰.۵۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۹
۰.۵۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۰.۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۳

مقدار	تاریخ
۰.۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۰.۵۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۲
۰.۵۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۰.۵۹	۱۴۰۱/۰۹/۰۵
۰.۵۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۰.۵۴	۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۰.۶۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۰.۵۹	۱۴۰۱/۰۹/۰۹

CV%: 6.87	SD: 0.036	Mean: 0.527
-----------	-----------	-------------

