

عنوان آزمایش : Vitamin A  
عنوان دستگاه : HPLC  
سری ساخت :  
عنوان کنترل : پولد سرم  
شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۵/۰۱

%CV	SD	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>2</sub>
۲۴.۳۹۱	۰.۱۰۷	۰.۱۱۶	۰.۲۲۳	۰.۳۳	۰.۴۳۷	۰.۵۴۴	۰.۶۵۱	۰.۷۵۸

مقدار	تاریخ
۰.۴۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۴
۰.۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۵
۰.۴۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۶
۰.۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۷
۰.۴۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۹
۰.۴	۱۴۰۱/۰۵/۳۰
۰.۴۶	۱۴۰۱/۰۵/۳۱

مقدار	تاریخ
۰.۵۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۱
۰.۵۴	۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۰.۵۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۳
۰.۵۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۵
۰.۴۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۸
۰.۴۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۹
۰.۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۰
۰.۴۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۲
۰.۴۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۳

مقدار	تاریخ
۰.۵۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۱
۰.۶	۱۴۰۱/۰۵/۰۲
۰.۵۵	۱۴۰۱/۰۵/۰۳
۰.۷۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۴
۰.۵	۱۴۰۱/۰۵/۰۵
۰.۴۵	۱۴۰۱/۰۵/۰۶
۰.۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۸
۰.۴۵	۱۴۰۱/۰۵/۰۹
۰.۴۶	۱۴۰۱/۰۵/۱۰

CV%: 14.973	SD: 0.075	Mean: 0.499
-------------	-----------	-------------

