

عنوان کنترل : پولد سرم
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۱۰/۰۱

عنوان آزمایش : Vitamin A
عنوان دستگاه : HPLC
سری ساخت : ..

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱۶,۳۱	۰,۰۶۳	۰,۱۹۶	۰,۲۵۹	۰,۳۲۲	۰,۳۸۵	۰,۴۴۸	۰,۵۱۱	۰,۵۷۴

مقدار	تاریخ
۰,۴۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۸
۰,۴۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۹
۰,۴۸	۱۴۰۳/۰۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۰,۵۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۰,۴۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۱
۰,۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۰,۳۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۰,۴۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۷

مقدار	تاریخ
۰,۳۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۰,۳۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۰,۴۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۶
۰,۳۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۰,۳۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۹

CV%: 14.024	SD: 0.058	Mean: 0.412
-------------	-----------	-------------

