

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان آزمایش : Vitamin A
 عنوان دستگاه : HPLC
 عنوان کنترل : پولد سرم
 شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۵/۰۱
 سری ساخت : ۰

%CV	SD	SD۲-	SD۲-	SD۱-	MEAN	SD۱	SD۲	SD۲
۲۱.۳۴۹	۰.۰۷	۰.۱۱۹	۰.۱۸۹	۰.۲۵۹	۰.۳۳۹	۰.۳۹۹	۰.۴۶۹	۰.۵۳۹

مقدار	تاریخ
۰.۳۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۳
۰.۳۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۵
۰.۳۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۸
۰.۳	۱۳۹۹/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۰.۳۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۳
۰.۲۹	۱۳۹۹/۱۱/۱۴
۰.۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۵
۰.۲۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۶
۰.۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۹
۰.۳۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۰
۰.۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۱

مقدار	تاریخ
۰.۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۱
۰.۳۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۲
۰.۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۴
۰.۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۶
۰.۳۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۷
۰.۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۸
۰.۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۱

CV%: 18.153	SD: 0.057	Mean: 0.313
-------------	-----------	-------------

