

عنوان آزمایش : Vitamin A
 عنوان دستگاه : HPLC

سری ساخت : ۰

عنوان کنترل : پولد سرم
 شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۵/۰۱

3SD	2SD	1SD	MEAN	-1SD	-2SD	-3SD	SD	CV%
0.539	0.469	0.399	0.329	0.259	0.189	0.119	0.07	21.349

تاریخ	مقدار
24/12/1399	0.2
26/12/1399	0.25
27/12/1399	0.32

تاریخ	مقدار
17/12/1399	0.29
18/12/1399	0.2
19/12/1399	0.2
20/12/1399	0.2
23/12/1399	0.3

تاریخ	مقدار
05/12/1399	0.2
12/12/1399	0.3
13/12/1399	0.35
14/12/1399	0.38
16/12/1399	0.23

Mean: 0.263	SD: 0.064	CV%: 24.309
-------------	-----------	-------------

