

عنوان کنترل : پولد سرم  
شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۵/۰۱

عنوان آزمایش : Vitamin A  
عنوان دستگاه : HPLC  
سری ساخت : ۰

| %CV    | SD    | SD <sup>۳-</sup> | SD <sup>۲-</sup> | SD <sup>۱-</sup> | MEAN  | SD <sup>۱</sup> | SD <sup>۲</sup> | SD <sup>۳</sup> |
|--------|-------|------------------|------------------|------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۱۰.۹۴۸ | ۰.۰۳۶ | ۰.۲۲۱            | ۰.۲۵۷            | ۰.۲۹۳            | ۰.۳۲۹ | ۰.۳۶۵           | ۰.۴۰۱           | ۰.۴۳۷           |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۰.۴   | ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
| ۰.۳۸  | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
| ۰.۳۵  | ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۰.۲۶  | ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
| ۰.۳۹  | ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
| ۰.۳   | ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
| ۰.۳۱  | ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
| ۰.۳۳  | ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
| ۰.۴   | ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۰.۳۷  | ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
| ۰.۳۹  | ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
| ۰.۳۲  | ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
| ۰.۳۹  | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
| ۰.۳۲  | ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
| ۰.۳۹  | ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |

|             |           |             |
|-------------|-----------|-------------|
| CV%: 12.414 | SD: 0.044 | Mean: 0.353 |
|-------------|-----------|-------------|

