

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان آزمایش : Vitamin A
 عنوان دستگاه : HPLC
 عنوان کنترل : پولد سرم
 شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۵/۰۱
 سری ساخت : *

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۱۱.۵۰۴	۰.۰۴	۰.۲۲۸	۰.۲۶۸	۰.۳۰۸	۰.۳۴۸	۰.۲۸۸	۰.۴۲۸	۰.۴۶۸

مقدار	تاریخ	مقدار	تاریخ	مقدار	تاریخ
۰.۲۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۰.۲۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۰.۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۲
۰.۲	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۰.۲۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۰.۳۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۳
۰.۲	۱۳۹۹/۰۹/۲۷	۰.۴	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	۰.۳۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۴
۰.۲۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۰.۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	۰.۴۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۶
۰.۲	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰.۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۰	۰.۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۸

۰.۲۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	۰.۴۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۹
۰.۲۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۰.۴	۱۳۹۹/۰۹/۱۰
۰.۲۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۰.۴۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۱

CV%: 13.613	SD: 0.049	Mean: 0.358
-------------	-----------	-------------