

biorad II : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۳۹۹/۰۵/۲۵

سری ساخت : ۴۰۳۷۳

Vitamin B12-CLIA : عنوان آزمایش :  
simense : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>2</sub>
۴.۲۶۲	۲۷.۱۸۲	۵۴۱.۵۵۴	۵۴۸.۷۳۶	۵۹۵.۹۱۸	۶۲۳.۱	۶۵۰.۲۸۲	۶۷۷.۴۶۴	۷۰۴.۶۴۶

مقدار	تاریخ
۶۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۹
۶۴۳	۱۴۰۰/۰۱/۳۰
۶۷۳	۱۴۰۰/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۶۵۸	۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۶۴۳	۱۴۰۰/۰۱/۲۳
۵۸۸	۱۴۰۰/۰۱/۲۴
۵۹۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۵۸۵	۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۶۵۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۸

مقدار	تاریخ
۵۹۷	۱۴۰۰/۰۱/۱۵
۶۰۱	۱۴۰۰/۰۱/۱۶
۵۹۴	۱۴۰۰/۰۱/۱۷
۶۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۸
۶۱۳	۱۴۰۰/۰۱/۱۹
۶۲۵	۱۴۰۰/۰۱/۲۱

CV%: 4.626	SD: 28.652	Mean: 619.333
------------	------------	---------------

