

Varia High : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۴۰۰/۰۷/۱۷

سری ساخت : //۳۴۳۲۹۶

Vitamin B12 : عنوان آزمایش :

Elecsys : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۴.۳۰۶	۴۰.۴۷۱	۸۱۸.۵۴۴	۸۵۹.۰۱۵	۸۹۹.۴۸۶	۹۳۹.۹۵۷	۹۸۰.۴۲۸	۱۰۲۰.۸۹ ۹	۱۰۶۱.۳۷

مقدار	تاریخ
۹۵۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۹۳۵	۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۹۳۵	۱۴۰۰/۱۱/۱۶

مقدار	تاریخ
۱۰۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۹۸۶.۱	۱۴۰۰/۱۱/۰۷
۹۳۵.۶	۱۴۰۰/۱۱/۰۹
۹۶۸.۵	۱۴۰۰/۱۱/۱۰

مقدار	تاریخ
۹۱۶.۶	۱۴۰۰/۱۱/۰۲
۹۳۹.۴	۱۴۰۰/۱۱/۰۳
۹۲۸.۸	۱۴۰۰/۱۱/۰۴
۱۰۴۹	۱۴۰۰/۱۱/۰۵

CV%: 4.309	SD: 41.345	Mean: 959.455
------------	------------	---------------

