

Perci control varia I : عنوان کنترل :
شروع کنترل :
۱۴۰۰/۱۱/۰۵:

سری ساخت : ۵۲۳۴۴۶

Vitamin B12 : عنوان آزمایش :
کوباس ۶۰۰۰ : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۹.۳۷۳	۴۰.۳۷۹	۳۰۹.۶۷۷	۳۵۰.۰۵۶	۳۹۰.۴۳۵	۴۳۰.۸۱۴	۴۷۱.۱۹۳	۵۱۱.۵۷۳	۵۵۱.۹۵۱

مقدار	تاریخ
۴۶۵.۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲
۴۰۸.۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۴۰۲.۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۴
۴۴۹.۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۵
۴۴۷.۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۶
۴۲۳.۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۸

مقدار	تاریخ
۳۳۶.۷	۱۴۰۰/۱۲/۱۲
۴۱۰.۲	۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۴۰۴.۵	۱۴۰۰/۱۲/۱۶
۴۶۴	۱۴۰۰/۱۲/۱۷
۳۳۱.۹	۱۴۰۰/۱۲/۱۸
۴۵۳.۴	۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۴۳۲.۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۱

مقدار	تاریخ
۴۷۰.۳	۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۳۸۹.۷	۱۴۰۰/۱۲/۰۴
۳۸۴.۹	۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۴۵۷.۴	۱۴۰۰/۱۲/۰۷
۴۴۰.۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۸
۳۲۹.۳	۱۴۰۰/۱۲/۰۹
۳۶۷.۴	۱۴۰۰/۱۲/۱۱

CV%: 9.84	SD: 41.182	Mean: 418.505
-----------	------------	---------------

