

عنوان آزمایش : Vitamin B12-CLIA
 عنوان دستگاه : simense
 عنوان کنترل : biorad II
 سرى ساخت : ۴۰۳۷۳
 شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۵/۲۵

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۵.۲۰۸	۳۲.۰۳۳	۵۱۸.۹۶۸	۵۵۱.۰۰۱	۵۸۳.۰۳۴	۶۱۵.۰۶۷	۶۴۷.۱	۶۷۹.۱۳۳	۷۱۱.۱۶۶

مقدار	تاریخ
۶۶۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۱
۵۶۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۲
۶۱۷	۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۶۴۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۶
۶۶۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۷
۶۶۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۸
۶۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۹

مقدار	تاریخ
۵۶۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۵۸۲	۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۶۴۵	۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۵۸۵	۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۶۱۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۶
۵۷۵	۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۶۵۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۶۲۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۰

مقدار	تاریخ
۶۰۳	۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۶۲۲	۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۵۹۱	۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۶۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۵۹۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۵۹۸	۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۵۸۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۶۴۱	۱۴۰۰/۰۲/۰۹

CV%: 5.136	SD: 31.54	Mean: 614.043
------------	-----------	---------------

