

biorad II : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۳۹۹/۰۵/۲۵

سری ساخت : ۴۰۳۷۳

Vitamin B12-CLIA : عنوان آزمایش :
simense : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۵.۲۰۸	۳۲.۰۳۳	۵۱۸.۹۶۸	۵۵۱.۰۰۱	۵۸۳.۰۳۴	۶۱۵.۰۶۷	۶۴۷.۱	۶۷۹.۱۳۳	۷۱۱.۱۶۶

مقدار	تاریخ
۶۶۲	۱۴۰۰/۰۳/۲۳
۶۴۶	۱۴۰۰/۰۳/۲۴
۶۵۵	۱۴۰۰/۰۳/۲۵
۵۸۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۶
۵۹۳	۱۴۰۰/۰۳/۲۷
۶۵۳	۱۴۰۰/۰۳/۲۹
۶۳۴	۱۴۰۰/۰۳/۳۱

مقدار	تاریخ
۶۷۷	۱۴۰۰/۰۳/۱۰
۶۳۸	۱۴۰۰/۰۳/۱۱
۶۴۶	۱۴۰۰/۰۳/۱۲
۶۱۴	۱۴۰۰/۰۳/۱۳
۶۳۶	۱۴۰۰/۰۳/۱۷
۶۰۴	۱۴۰۰/۰۳/۱۹
۶۴۱	۱۴۰۰/۰۳/۲۰
۶۶۲	۱۴۰۰/۰۳/۲۲

مقدار	تاریخ
۵۶۳	۱۴۰۰/۰۳/۰۱
۶۵۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۲
۵۵۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳
۵۷۲	۱۴۰۰/۰۳/۰۴
۶۳۷	۱۴۰۰/۰۳/۰۵
۶۰۷	۱۴۰۰/۰۳/۰۶
۵۷۹	۱۴۰۰/۰۳/۰۸
۶۵۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۹

CV%: 5.621	SD: 35.064	Mean: 623.783
------------	------------	---------------

