

عنوان آزمایش : Vitamin B12

عنوان دستگاه : elecsys

سری ساخت : 342291

عنوان کنترل :

Varia Low

شروع کنترل: 1398/10/09

3SD	2SD	1SD	MEAN	-1SD	-2SD	-3SD	SD	CV%
684.459	632.467	580.475	528.483	476.491	424.499	372.507	51.992	9.838

تاریخ	مقدار
18/05/1400	460.5
19/05/1400	497

تاریخ	مقدار
14/05/1400	456
16/05/1400	492
17/05/1400	494.4

تاریخ	مقدار
11/05/1400	530
12/05/1400	521
13/05/1400	484

Mean: 491.862	SD: 25.823	CV%: 5.25
---------------	------------	-----------

