

Varia High : عنوان کنترل :

شروع کنترل : ۱۳۹۸/۱۰/۰۹

سری ساخت : /۳۴۲۲۹۶

Vitamin B12 : عنوان آزمایش :

Elecsys : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۹.۱۲۵	۹۲.۲۳	۷۳۴.۰۴	۸۲۶.۲۷	۹۱۸.۵	۱۰۱۰.۷۳	۱۱۰۲.۹۶	۱۱۹۵.۱۹	۱۲۸۷.۴۲

مقدار	تاریخ
۹۳۹.۶	۱۴۰۰/۰۶/۰۸

مقدار	تاریخ
۱۱۱۵	۱۴۰۰/۰۶/۰۴
۹۲۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۶
۸۸۵.۳	۱۴۰۰/۰۶/۰۷

مقدار	تاریخ
۹۲۳.۷	۱۴۰۰/۰۶/۰۱
۸۴۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۲
۹۰۹	۱۴۰۰/۰۶/۰۳

CV%: 9.251	SD: 86.349	Mean: 933.371
------------	------------	---------------

