

Perci control varia II : عنوان کنترل :
شروع کنترل :
۱۴۰۱/۰۲/۰۶:

سری ساخت : ۵۲۳۴۴۶

Vitamin B12 : عنوان آزمایش :
کوباس ۶۰۰۰ : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۶.۸	۱۵۳.۳۳۳	۷۲۰.۰۰۱	۸۷۳.۳۳۴	۱۰۲۶.۶۶ ۷	۱۱۸۰	۱۳۳۳.۳۳ ۳	۱۴۸۶.۶۶ ۶	۱۶۳۹.۹۹ ۹

مقدار	تاریخ
۹۴۴	۱۴۰۱/۰۳/۱۱
۱۱۲۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۱۰۲۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۱۳۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۷
۱۰۹۴	۱۴۰۱/۰۳/۱۸
۹۱۶.۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۹
۹۶۸.۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۱
۹۳۶.۵	۱۴۰۱/۰۳/۲۲

مقدار	تاریخ
۱۲۵۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۰
۱۳۴۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۱
۱۳۶۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۲
۹۵۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۴
۹۸۷.۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۱۰۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۶
۱۴۵۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۸
۱۰۵۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۹
۱۰۶۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۰

مقدار	تاریخ
۱۱۲۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۷
۱۳۳۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۸
۱۳۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۱
۱۴۰۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۱۳۳۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۵
۱۳۳۴	۱۴۰۱/۰۲/۱۷
۱۱۷۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۸
۱۲۵۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۹

CV%: 14.104	SD: 162.631	Mean: 1153.062
-------------	-------------	----------------

