

عنوان کنترل : abbot II

شروع کنترل : ۱۴۰۱/۰۷/۱۱

سری ساخت : ۳۵۰۰۶۲۱۲

عنوان آزمایش : Vitamin B12

عنوان دستگاه : Abbott

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۶.۸	۲۸	۴۵۷	۴۹۵	۵۷۱	۶۰۹	۶۴۷	۶۸۵

مقدار	تاریخ
۴۹۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۱
۵۷۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۳
۴۹۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۴
۴۶۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۵

مقدار	تاریخ
۵۱۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۶
۵۳۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۷
۴۷۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۸
۵۴۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۹
۵۷۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۰

مقدار	تاریخ
۵۵۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۴۸۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۲
۵۵۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۲
۴۸۹	۱۴۰۱/۰۷/۱۳
۵۰۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۴

CV%: 6.931	SD: 35.858	Mean: 517.357
------------	------------	---------------

