

عنوان کنترل : پولد سرم
شروع کنترل: ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

عنوان آزمایش : Vitamin B12
عنوان دستگاه : Abbott
سری ساخت : ۰۱

%CV	SD	SD ² -	SD ² -	SD ¹ -	MEAN	SD ¹	SD ²	SD ²
۳.۹۵۳	۱۹.۰۸۳	۳۶۵.۵۵۱	۳۴۴.۶۳۴	۴۶۳.۷۱۷	۴۸۳.۸	۵۰۱.۸۸۳	۵۲۰.۹۶۶	۵۴۰.۰۴۹

مقدار	تاریخ
۵۰۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۶
۳۴۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۷
۵۱۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۱
۴۸۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۴۸۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۵

مقدار	تاریخ
۴۹۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۸
۵۱۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۹
۵۱۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۰
۵۱۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۴۸۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۲
۵۱۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۵

مقدار	تاریخ
۴۷۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۱
۴۹۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۲
۴۵۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۳
۴۹۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۴
۵۱۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۵
۵۱۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۷

CV%: 4.351	SD: 21.504	Mean: 494.235
------------	------------	---------------

