

عنوان کنترل : پولد سرم
شروع کنترل: ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

عنوان آزمایش : Vitamin B12
عنوان دستگاه : Abbott
سری ساخت : ۰۱

%CV	SD	SD ² -	SD ² -	SD ¹ -	MEAN	SD ¹	SD ²	SD ²
۳.۸۴۱	۱۹.۰۰۶	۴۳۷.۷۵۵	۴۵۶.۷۶۱	۴۷۵.۷۶۷	۴۹۴.۷۷۳	۵۱۳.۷۷۹	۵۳۳.۷۸۵	۵۵۱.۷۹۱

مقدار	تاریخ
۵۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۷
۵۱۳	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۴۸۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۴۹۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۹

مقدار	تاریخ
۵۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۹
۵۴۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۴۸۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۴۸۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۴
۵۲۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۵
۵۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۶

مقدار	تاریخ
۴۵۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۵۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۲
۴۹۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۴۸۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۵
۴۸۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۵۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۷

CV%: 4.402	SD: 21.962	Mean: 498.938
------------	------------	---------------

