

Premium III : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۸/۲۹

Vitamin B12 : عنوان آزمایش :
سری ساخت : ec۲۱۸۷ Abbott : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۶,۴۵۸	۵۰,۵۵	۶۳۱,۱۱۹	۶۸۱,۶۶۹	۷۳۲,۲۱۹	۷۸۲,۷۶۹	۸۳۳,۳۱۹	۸۸۳,۸۶۹	۹۳۴,۴۱۹

مقدار	تاریخ
۸۱۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۱
۸۰۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۳

مقدار	تاریخ
۷۶۹	۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۷۹۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۷۰۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۷
۷۱۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۸

مقدار	تاریخ
۸۱۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۷۸۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۴
۷۶۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۸
۸۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۰

CV%: 5.106	SD: 39.641	Mean: 776.4
------------	------------	-------------

