

Perci control varia II : عنوان کنترل :
شروع کنترل :
۱۴۰۲/۰۱/۲۷:

Vitamin B12 : عنوان آزمایش :
کوباس ۶۰۰۰ : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۶۱۳۱۵۱

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۶.۸	۱۱۳.۳۳۳	۵۳۱.۰۰۱	۶۴۴.۳۳۴	۷۵۷.۶۶۷	۸۷۱	۹۸۴.۳۳۳	۱۰۹۷.۶۶	۱۲۱۰.۹۹
							۶	۹

مقدار	تاریخ
۸۸۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۱

مقدار	تاریخ
۸۶۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۸
۷۹۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۹
۸۸۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۰
۸۱۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۱

مقدار	تاریخ
۸۵۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۳
۸۰۲	۱۴۰۲/۰۲/۱۴
۸۳۴	۱۴۰۲/۰۲/۱۶
۸۲۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۷

CV%: 4.089	SD: 34.264	Mean: 838
------------	------------	-----------

