

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

biorad II : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۹/۰۵/۲۵

سری ساخت : ۴۰۳۷۳

Vitamin B12-CLIA

simense

: عنوان آزمایش :

: عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۵.۱۹۷	۳۳.۳۶۳	۵۴۱.۸۱۱	۵۷۵.۱۷۴	۶۴۱.۹	۶۷۵.۲۶۳	۷۰۸.۶۳۶	۷۴۱.۹۸۹

مقدار	تاریخ
۵۸۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۴
۶۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۵
۵۹۴	۱۳۹۹/۱۰/۲۷
۶۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۹
۶۰۲	۱۳۹۹/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۶۳۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۳
۶۳۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۴
۶۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۱۵
۶۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۶
۵۹۴	۱۳۹۹/۱۰/۱۸
۶۴۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۰
۵۹۳	۱۳۹۹/۱۰/۲۱
۵۸۴	۱۳۹۹/۱۰/۲۲

مقدار	تاریخ
۶۸۴	۱۳۹۹/۱۰/۰۲
۶۸۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳
۶۸۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۴
۶۶۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۷
۶۴۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۸
۶۵۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۹
۶۷۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۰
۷۰۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۱

CV%: 5.831	SD: 37.044	Mean: 635.333
------------	------------	---------------