

permium plus : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۴۰۰/۱۲/۰۱:

(Vitamin D(25 OH : عنوان آزمایش :
لیازون : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ec۱۷۶۵

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۹.۸	۱.۹۴	۱۷.۴۸	۱۹.۴۲	۲۱.۳۶	۲۳.۳	۲۵.۲۴	۲۷.۱۸	۲۹.۱۲

مقدار	تاریخ
۲۷	۱۴۰۱/۰۱/۱۷
۲۶.۸	۱۴۰۱/۰۱/۱۸
۲۷	۱۴۰۱/۰۱/۲۰
۲۵	۱۴۰۱/۰۱/۲۱
۲۴.۳	۱۴۰۱/۰۱/۲۲
۲۴.۹	۱۴۰۱/۰۱/۲۳
۲۲.۹	۱۴۰۱/۰۱/۲۴

مقدار	تاریخ
۲۴.۴	۱۴۰۰/۱۲/۱۶
۲۳	۱۴۰۰/۱۲/۱۷
۲۲.۸	۱۴۰۰/۱۲/۱۸
۲۲.۳	۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۲۵.۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۱
۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۲
۲۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۲۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۴
۲۳.۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۵
۲۴.۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۶
۲۴.۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۸
۲۵	۱۴۰۱/۰۱/۱۶

مقدار	تاریخ
۲۲.۶	۱۴۰۰/۱۲/۰۱
۲۷	۱۴۰۰/۱۲/۰۲
۲۲.۹	۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۲۶.۴	۱۴۰۰/۱۲/۰۴
۲۵.۲	۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۲۰.۶	۱۴۰۰/۱۲/۰۷
۲۷	۱۴۰۰/۱۲/۰۸
۲۵.۴	۱۴۰۰/۱۲/۰۹
۲۷.۱۲	۱۴۰۰/۱۲/۱۱
۲۳	۱۴۰۰/۱۲/۱۲
۲۵.۶	۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۲۵	۱۴۰۰/۱۲/۱۵

CV%: 7.791	SD: 1.914	Mean: 24.568
------------	-----------	--------------

