

I-abbott : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۴۰۱/۱۱/۱۸:

سری ساخت : ۲۵۰۰۶۲۱۱

عنوان آزمایش : (Vitamin D(25 OH
عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۷.۷	۴.۱۸	۴.۵۲	۸.۷	۱۲.۸۸	۱۷.۰۶	۲۱.۲۴	۲۵.۴۲	۲۹.۶

مقدار	تاریخ
۱۷.۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۱۵.۲	۱۴۰۱/۱۱/۲۵

مقدار	تاریخ
۱۵.۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۱۶.۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۳

مقدار	تاریخ
۱۶.۴	۱۴۰۱/۱۱/۱۸
۱۵.۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۹

CV%: 5.711	SD: 0.925	Mean: 16.2
------------	-----------	------------

