


عنوان آزمایش : (Vitamin D(25 OH  
عنوان دستگاه : الیزابدر  
سری ساخت : ۰۰۲۵۰۷  
عنوان کنترل : عنوان کنترل :  
شروع کنترل :  
۱۴۰۰/۰۴/۲۱:

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۱۵.۹۲۷	۸.۳۰۳	۲۷.۲۲۴	۳۵.۵۲۷	۴۳.۸۳	۵۲.۱۳۳	۶۰.۴۳۶	۶۸.۷۳۹	۷۷.۰۴۲

مقدار	تاریخ	مقدار	تاریخ	مقدار	تاریخ
۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۴۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۱
		۴۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۹	۴۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۲
		۴۲	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۳
		۴۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۴۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۶
CV%: 8.685		SD: 3.937		Mean: 45.333	



عنوان آزمایش : (Vitamin D(25 OH  
عنوان دستگاه : الیزابدر  
سری ساخت : ۰۰۲۵۰۷  
عنوان کنترل :  
شروع کنترل :  
۱۴۰۰/۰۴/۲۱:

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۱۵.۰۲۵	۷.۲۲۷	۲۶.۴۱۹	۳۳.۶۴۶	۴۰.۸۷۳	۴۸.۱	۵۵.۳۲۷	۶۲.۵۵۴	۶۹.۷۸۱

مقدار	تاریخ
۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۷

مقدار	تاریخ
۴۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۲

مقدار	تاریخ
۴۲	۱۴۰۱/۱۲/۱۰

CV%: 11.127	SD: 4.933	Mean: 44.333
-------------	-----------	--------------

