

عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۴۰۱/۰۷/۲۶

سری ساخت : ۱۰۳۳۹۷

عنوان آزمایش : (Vitamin D(25 OH
عنوان دستگاه : لیازون

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۹.۸	۱.۳۳۳	۱۰.۰۰۱	۱۱.۳۳۴	۱۲.۶۶۷	۱۴	۱۵.۳۳۳	۱۶.۶۶۶	۱۷.۹۹۹

مقدار	تاریخ
۱۴.۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۱۳.۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۴
۱۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۵
۱۲.۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۶
۱۳.۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۱۵.۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۹
۱۳.۹	۱۴۰۱/۰۸/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۴.۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۱۴.۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۲
۱۵.۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۴
۱۳.۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۵
۱۳.۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۶
۱۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۷
۱۳.۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۸
۱۶.۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۹
۱۶.۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۱
۱۵.۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۲

مقدار	تاریخ
۱۲.۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۶
۱۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۱۳.۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۱
۱۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۲
۱۵.۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۳
۱۲.۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۴
۱۵.۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۵
۱۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۸
۱۲.۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۹
۱۱.۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۰

CV%: 10.082	SD: 1.444	Mean: 14.322
-------------	-----------	--------------

