

عنوان کنترل : کنترل ۲  
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۰۳/۰۹

سری ساخت : ۰۱-۰۲۰۵۳--

عنوان آزمایش : (Vitamin D(25 OH  
عنوان دستگاه : ids

%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۴,۹۵۷	۳,۴۹۶	۶۰,۰۳۲	۶۳,۵۲۸	۶۷,۰۲۴	۷۰,۵۲	۷۴,۰۱۶	۷۷,۵۱۲	۸۱,۰۰۸

مقدار	تاریخ
۶۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۴
۶۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۵
۷۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۶

مقدار	تاریخ
۶۸,۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۷
۷۰,۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۸
۶۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۹
۶۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۷۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۱
۶۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۳

مقدار	تاریخ
۶۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۷۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۵
۷۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۲
۷۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۳
۶۹,۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۴
۷۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۶

CV%: 4.176	SD: 2.894	Mean: 69.307
------------	-----------	--------------

