

عنوان کنترل : کنترل ۱
شروع کنترل
۱۴۰۲/۰۳/۰۱:

سری ساخت : //۱۰۲۵۳-۰۰

عنوان آزمایش : (Vitamin D(25 OH
عنوان دستگاه : ids

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۹.۴	۱.۱۳۳	۱۰.۹۰۱	۱۲.۰۳۴	۱۳.۱۶۷	۱۴.۳	۱۵.۴۳۳	۱۶.۵۶۶	۱۷.۶۹۹

مقدار	تاریخ
۱۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۸
۱۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۳
۱۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۶

مقدار	تاریخ
۱۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۲
۱۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۴
۱۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۴
۱۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۸
۱۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۴

مقدار	تاریخ
۱۴	۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۱۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۰
۱۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۱
۱۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۲
۱۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۴

CV%: 10.443	SD: 1.502	Mean: 14.385
-------------	-----------	--------------

