

Diasorin I : عنوان کنترل :  
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۰۳/۱۰

سری ساخت : ۲۱۲۴۵۲

عنوان آزمایش : (Vitamin D(25 OH  
عنوان دستگاه : لیازون

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۹,۷۵۲	۱,۴۴	۱۰,۴۴۷	۱۱,۸۸۷	۱۳,۳۲۷	۱۴,۷۶۷	۱۶,۲۰۷	۱۷,۶۴۷	۱۹,۰۸۷

مقدار	تاریخ
۱۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۸
۱۵,۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۹
۱۶,۷	۱۴۰۳/۰۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۳,۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۱۵,۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۱
۱۴,۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۱۵,۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۱۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۷

مقدار	تاریخ
۱۴,۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۱۳,۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۱۶,۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۶
۱۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۱۶,۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۹

CV%: 7.244	SD: 1.116	Mean: 15.408
------------	-----------	--------------

