

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان کنترل : کنترل ۱
شروع کنترل
۱۳۹۹/۰۲/۰۱:

سری ساخت : ۰-۱۰۲۵۳/۱

عنوان آزمایش : Vitamin D(25 OH)-CLIA
عنوان دستگاه : ids

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۹.۰۵۷	۱.۲۱۸	۹.۷۹۴	۱۱.۰۱۲	۱۲.۲۳	۱۳.۴۴۸	۱۴.۶۶۶	۱۵.۸۸۴	۱۷.۱۰۲

مقدار	تاریخ
۱۴.۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۱
۱۲.۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۳
۱۲.۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۵

مقدار	تاریخ
۱۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۵
۱۲.۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۶
۱۲.۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۸
۱۴.۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۹
۱۵.۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۰

مقدار	تاریخ
۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۱
۱۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۲
۱۲.۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۴
۱۳.۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۳
۱۴.۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۴

CV%: 8.321	SD: 1.127	Mean: 13.538
------------	-----------	--------------

