

I-abbott : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۳۹۹/۰۶/۰۲

سری ساخت : ۳۲۹۰۸۱۹۱

Vitamin D(25 OH)-CLIA : عنوان آزمایش :
abbott : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۵.۵۵۶	۰.۸۶۸	۱۳.۰۲۳	۱۳.۸۹۱	۱۴.۷۵۹	۱۵.۶۲۷	۱۶.۴۹۵	۱۷.۳۶۳	۱۸.۲۳۱

مقدار	تاریخ
۱۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۴
۱۶.۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۵
۱۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۶
۱۵.۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۷
۱۴.۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۸
۱۶.۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۹

مقدار	تاریخ
۱۵.۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۵
۱۵.۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۷
۱۵.۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۸
۱۴.۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۹
۱۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۰
۱۴.۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۱
۱۵.۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۲

مقدار	تاریخ
۱۷	۱۳۹۹/۰۸/۰۱
۱۶.۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۳
۱۵.۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۵
۱۴.۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۰
۱۶.۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۱
۱۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۲
۱۵.۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۴

CV%: 5.901	SD: 0.918	Mean: 15.555
------------	-----------	--------------

