

عنوان آزمایش : Vitamin E
عنوان دستگاه : HPLC
سری ساخت : ۰
عنوان کنترل : پولد سرم
شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۵/۰۱

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۱۱.۹۲۷	۱.۲۸۳	۶.۹۰۸	۸.۱۹۱	۱۰.۷۵۷	۱۲.۰۴	۱۳.۳۳۳	۱۴.۶۰۶

مقدار	تاریخ
۱۲.۷	۱۴۰۰/۱۱/۲۴
۹.۶	۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۱۰.۲	۱۴۰۰/۱۱/۲۷
۹	۱۴۰۰/۱۱/۲۸
۱۱.۸	۱۴۰۰/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۱.۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۴
۸.۲	۱۴۰۰/۱۱/۱۶
۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۷
۹.۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۸
۸.۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۱۲.۳	۱۴۰۰/۱۱/۲۰
۱۲	۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۱۲.۵	۱۴۰۰/۱۱/۲۳

مقدار	تاریخ
۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۰۲
۱۰.۷	۱۴۰۰/۱۱/۰۴
۱۰	۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۹.۶	۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۹.۷	۱۴۰۰/۱۱/۰۷
۱۰.۹	۱۴۰۰/۱۱/۰۹
۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۹.۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۲

CV%: 11.848	SD: 1.252	Mean: 10.567
-------------	-----------	--------------

