

عنوان آزمایش : Vitamin E
عنوان دستگاه : HPLC
سری ساخت : ۰
عنوان کنترل : پولد سرم
شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۵/۰۱


%CV	SD	SD ₂ -	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۱۵.۰۳۴	۱.۴۸۱	۵.۴۱	۶.۸۹۱	۸.۳۷۲	۹.۸۵۳	۱۱.۳۳۴	۱۲.۸۱۵	۱۴.۲۹۶

مقدار	تاریخ
۸.۳	۱۴۰۰/۰۳/۲۵
۱۰.۷	۱۴۰۰/۰۳/۲۶
۱۰.۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۹
۹.۵	۱۴۰۰/۰۳/۳۰
۱۰.۸	۱۴۰۰/۰۳/۳۱

مقدار	تاریخ
۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۳
۱۰.۱	۱۴۰۰/۰۳/۱۷
۱۴	۱۴۰۰/۰۳/۱۸
۱۰.۸	۱۴۰۰/۰۳/۱۹
۷.۸	۱۴۰۰/۰۳/۳۰
۸.۹	۱۴۰۰/۰۳/۳۳
۱۰.۶	۱۴۰۰/۰۳/۳۳
۸.۲	۱۴۰۰/۰۳/۳۴

مقدار	تاریخ
۹.۵	۱۴۰۰/۰۳/۰۱
۹.۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۲
۹.۵	۱۴۰۰/۰۳/۰۳
۱۱.۷	۱۴۰۰/۰۳/۰۵
۱۲	۱۴۰۰/۰۳/۰۶
۱۱.۵	۱۴۰۰/۰۳/۰۸
۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۹
۸.۸	۱۴۰۰/۰۳/۱۰

CV%: 15.381	SD: 1.541	Mean: 10.019
-------------	-----------	--------------



22