

عنوان آزمایش : Vitamin E

عنوان دستگاه : HPLC

سری ساخت : 0

عنوان کنترل :

شروع کنترل : 1399/05/01

پولد سرم

3SD	2SD	1SD	MEAN	-1SD	-2SD	-3SD	SD	CV%
14.296	12.815	11.334	9.853	8.372	6.891	5.41	1.481	15.034

تاریخ	مقدار
28/04/1400	9
29/04/1400	9.3
31/04/1400	8.3

تاریخ	مقدار
21/04/1400	9.5
22/04/1400	10.5
23/04/1400	10.5
24/04/1400	10.3
26/04/1400	9.7
27/04/1400	13

تاریخ	مقدار
05/04/1400	11.5
07/04/1400	12.5
10/04/1400	10.5
16/04/1400	11.6
17/04/1400	14.2
19/04/1400	12

Mean: 10.827	SD: 1.626	CV%: 15.017
--------------	-----------	-------------

