

عنوان آزمایش : Vitamin E
عنوان دستگاه : HPLC
عنوان کنترل : پولد سرم
شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۵/۰۱
سری ساخت : ۰

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۱۰.۸۹۲	۱.۰۸۸	۶.۷۲۳	۷.۸۱۱	۸.۸۹۹	۹.۹۸۷	۱۱.۰۷۵	۱۲.۱۶۳	۱۳.۲۵۱

مقدار	تاریخ
۱۰.۲	۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۱۰.۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۸

مقدار	تاریخ
۸.۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۲
۸.۸	۱۴۰۰/۰۷/۱۷
۱۱.۸	۱۴۰۰/۰۷/۱۸
۱۰.۳	۱۴۰۰/۰۷/۱۹
۹.۲	۱۴۰۰/۰۷/۲۴

مقدار	تاریخ
۹.۳	۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۹.۱	۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۱۰	۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۱۰.۵	۱۴۰۰/۰۷/۱۰
۱۰.۱	۱۴۰۰/۰۷/۱۱

CV%: 9.171	SD: 0.905	Mean: 9.867
------------	-----------	-------------

