

عنوان آزمایش : Vitamin E
عنوان دستگاه : HPLC
سری ساخت :
عنوان کنترل : پولد سرم
شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۵/۰۱

%CV	SD	SD ² -	SD ² -	SD ¹ -	MEAN	SD ¹	SD ²	SD ²
۱۷.۹۷۳	۱.۵۵۸	۳.۹۹۳	۵.۵۵۱	۷.۱۰۹	۸.۶۶۷	۱۰.۲۲۵	۱۱.۷۸۳	۱۳.۲۴۱

مقدار	تاریخ
۷.۵	۱۴۰۱/۰۳/۲۳
۷.۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۶.۸۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۵
۹.۸۶	۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۷.۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۸
۱۰.۷	۱۴۰۱/۰۳/۲۹

مقدار	تاریخ
۹.۲	۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۱۱.۷	۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۸.۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۷
۵.۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۸
۷	۱۴۰۱/۰۳/۱۹
۷.۵	۱۴۰۱/۰۳/۲۱
۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۲

مقدار	تاریخ
۸.۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۳
۸.۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۴
۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۵
۸	۱۴۰۱/۰۳/۰۸
۷.۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۹
۱۱.۲	۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۸.۲	۱۴۰۱/۰۳/۱۱

CV%: 18.134	SD: 1.539	Mean: 8.485
-------------	-----------	-------------

