

عنوان آزمایش : Vitamin E
عنوان دستگاه : HPLC
سری ساخت : ۰
عنوان کنترل : پولد سرم
شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۵/۰۱

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۱۶.۸۹۵	۱.۴۸۵	۴.۳۳۳	۵.۸۱۸	۷.۳۰۳	۸.۷۸۸	۱۰.۲۷۳	۱۱.۷۵۸	۱۳.۲۴۳

مقدار	تاریخ
۸.۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۴
۱۰.۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۵
۱۱.۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۶
۸.۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۷
۱۰.۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۹
۸.۷	۱۴۰۱/۰۵/۳۰
۹.۶	۱۴۰۱/۰۵/۳۱

مقدار	تاریخ
۱۰.۵	۱۴۰۱/۰۵/۱۱
۱۱.۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۸.۶	۱۴۰۱/۰۵/۱۳
۹.۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۵
۱۰.۶	۱۴۰۱/۰۵/۱۸
۹.۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۹
۱۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۰
۸.۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۲
۹.۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۳

مقدار	تاریخ
۱۲.۵	۱۴۰۱/۰۵/۰۱
۸.۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۲
۱۰.۵	۱۴۰۱/۰۵/۰۳
۱۰.۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۴
۱۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۵
۱۱.۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۶
۱۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۸
۹.۵	۱۴۰۱/۰۵/۰۹
۱۰.۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۰

CV%: 10.233	SD: 1.02	Mean: 9.972
-------------	----------	-------------

