

عنوان کنترل : پولد سرم
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۹/۰۱

عنوان آزمایش : Vitamin E
عنوان دستگاه : HPLC
سری ساخت : ... ۱

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱۶,۶۲۱	۱,۸۱۳	۵,۴۷۱	۷,۲۸۴	۹,۰۹۷	۱۰,۹۱	۱۲,۷۲۳	۱۴,۵۳۶	۱۶,۳۴۹

مقدار	تاریخ
۹,۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۱۱,۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۹
۱۳,۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۰
۱۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۱
۱۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۲
۱۱,۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۳

مقدار	تاریخ
۹,۹	۱۴۰۲/۰۹/۰۹
۸,۷	۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۸,۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۱۲,۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۹,۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۴
۸,۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۵
۱۳,۷	۱۴۰۲/۰۹/۱۶

مقدار	تاریخ
۱۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۱۱,۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۲
۱۳,۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۱۰,۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۱۱,۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۹,۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۷
۱۳,۹	۱۴۰۲/۰۹/۰۸

CV%: 16.621	SD: 1.813	Mean: 10.91
-------------	-----------	-------------

