

عنوان کنترل : پولد سرم  
شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۵/۰۱

عنوان آزمایش : Vitamin E  
عنوان دستگاه : HPLC  
سری ساخت : ۰

%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۴.۸۹۸	۰.۴۹۱	۸.۵۴۴	۹.۰۳۵	۹.۵۲۶	۱۰.۰۱۷	۱۰.۵۰۸	۱۰.۹۹۹	۱۱.۴۹

مقدار	تاریخ
۱۰.۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۵
۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۷
۱۰.۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۸

مقدار	تاریخ
۹.۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۵
۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۷
۱۱.۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۸
۱۰.۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۹
۱۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۰
۹.۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۱

مقدار	تاریخ
۱۰.۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۱
۱۰.۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۳
۱۰.۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۵
۱۰.۳	۱۳۹۹/۰۸/۰۶
۱۰.۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۸
۱۰.۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۰

CV%: 6.595	SD: 0.683	Mean: 10.36
------------	-----------	-------------

