

عنوان آزمایش : Folic Acid  
عنوان دستگاه : simense  
عنوان کنترل : permium plus II  
سری ساخت : ۲۱۰۷  
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۱/۲۷

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۵.۹۸۶	۰.۲۲	۳.۰۱۱	۳.۲۳۱	۳.۴۵۱	۳.۶۷۱	۳.۸۹۱	۴.۱۱۱	۴.۳۳۱

مقدار	تاریخ
۳.۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۷
۳.۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۹
۳.۷	۱۴۰۲/۰۳/۳۰

مقدار	تاریخ
۳.۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۸
۳.۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۰
۳.۲	۱۴۰۲/۰۳/۲۱
۳.۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۲
۳.۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۳
۳.۲	۱۴۰۲/۰۳/۲۵

مقدار	تاریخ
۳.۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۳.۷	۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۳.۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۴
۳.۷	۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳.۷	۱۴۰۲/۰۳/۱۶
۳.۳	۱۴۰۲/۰۳/۱۷

CV%: 6.716	SD: 0.239	Mean: 3.553
------------	-----------	-------------

